MPI MEDICOPLAST International GmbH

Produktion und Vertrieb medizinischer Einweggeräte

Lieferschein

Medicoplast International GmbH . Heusweilerstr. 100 . D-66557 Illingen

MT.DERM GmbH
Gustav-Krone-Straße 3

14167 Berlin

Nummer .....: **228295**
Auftrag .....: 478372 (11678)
Kunde .....: MT-Derm GmbH
Sachbearbeiter ....: Hardy Steuer
Telefon .....: 06825 9424-36
Telefax .....: 06825 9424-47
eMail .....: hardy.steuer @medicoplast.de
Ihre Fax-Nr. .....: 030 - 84588555
Datum .....: 30.11.15
Lieferform .....: durch Abholung
Seite .....: 1

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestellt	Geliefert	Rückstand	Anz.Pakete
Ihr Lieferschein 15-EB4945					
unser Auftrag 478372					
9900023	Sterilisation Pal. MP06 3d NK Lot-Nr. : 14875 25.11.2015	1	**1 Pal.**		
Ihr Lieferschein 15-EB4975					
unser Auftrag 478386					
9900023	Sterilisation Pal. MP06 3d NK Lot-Nr. : 14875 25.11.2015	2	**2 Pal.**		

Kundenpalette(n): Bitte nicht tauschen !

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!
www.medicoplast.de

INFO: Unser letzter Versandtag vor Weihnachten ist der 21.12.15!
Bitte disponieren Sie rechtzeig! Vielen Dank!

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum _____ Unterschrift _____ KFZ-Kennzeichen _____

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2007

MPI **MEDICOPLAST** International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2015-11-25
Sterilisations-Charge:	14875
Kunde:	MT-Derm GmbH
Ihr Lieferschein:	15-EB4945
Unser Ausgangslieferschein:	228295 vom 2015-11-30
Sterilisationsleistung:	9900023 Sterilisation Pal. MP06 3d NK
Anzahl:	1 Pal.

	Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:	mind. 12 h	**93 h**
Vorkonditionierung		
Verweilzeit:	mind. 12 h	**19 h**
Konditionen:	35-45°C 45-80% rel.Feuchte	**35-45°C 45-80% rel.Feuchte**
Sterilisation		
Zyklus: **MP6**		
Temperatur:	45 ±3 °C	**43 °C**
Vorvakuum:	200 ±20 mbar abs	**200 mbar abs**
Feuchte:	40-80% rel.Feuchte	**55% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:	3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):	650±50 mg/l	**600 mg/l**
Anzahl Spülungen:	mind. 3	**3**
Desorption		
Dauer:	mind. 3 Tage	**5 Tage**
Kondition:	35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) entsprach den Spezifikationen.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: _____ Datum: 30/11/15

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2007

MPI **MEDICOPLAST** International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2015-11-25
Sterilisations-Charge:	14875
Kunde:	MT-Derm GmbH
Ihr Lieferschein:	15-EB4975
Unser Ausgangslieferschein:	228295 vom 2015-11-30
Sterilisationsleistung:	9900023 Sterilisation Pal. MP06 3d NK
Anzahl:	1 Pal.

	Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:	mind. 12 h	**23 h**
Vorkonditionierung		
Verweilzeit:	mind. 12 h	**19 h**
Konditionen:	35-45°C 45-80% rel.Feuchte	**35-45°C 45-80% rel.Feuchte**
Sterilisation		
Zyklus: **MP6**		
Temperatur:	45 ±3 °C	**43 °C**
Vorvakuum:	200 ±20 mbar abs	**200 mbar abs**
Feuchte:	40-80% rel.Feuchte	**55% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:	3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):	650±50 mg/l	**600 mg/l**
Anzahl Spülungen:	mind. 3	**3**
Desorption		
Dauer:	mind. 3 Tage	**5 Tage**
Kondition:	35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) entsprach den Spezifikationen.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: _____ Datum: 30.11.15