MPI MEDICOPLAST International GmbH

Entwicklung und Produktion medizinischer Einmalprodukte • Ethylenoxid-Sterilisation • Sterilverpackungen
Development and Production of Medical Devices • Ethylene Oxide Sterilization • Individual Packaging Solutions

Lieferschein

Medicoplast International GmbH . Heusweilerstr. 100 . D-66557 Illingen

MT.DERM GmbH
Gustav-Krone-Straße 3
14167 Berlin

Nummer .....: **232459**
Auftrag .....: 485031 (11678)
Kunde .....: MT.Derm GmbH
Sachbearbeiter ....: Hardy Steuer
Telefon .....: 06825 9424-36
Telefax .....: 06825 9424-47
eMail .....: hardy.steuer @medicoplast.de
Ihre Fax-Nr. .....: 030 - 84588555
Datum .....: 23.09.16
Lieferform .....: durch Abholung
Seite .....: 1

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestellt	Geliefert	Rückstand	Anz.Pakete
Ihr Lieferschein 16-EB4380					
Ihr Auftrag 16-EB4381, 16-EB4382, 16-EB4399, 16-EB4400 (485031)					
9900031	Sterilisation Pal. MP01 1d NK Lot-Nr. : 15453 20.09.2016	5	**5 Pal.**		

Kundenpalette(n): Bitte nicht tauschen !

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!
www.medicoplast.de

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum _____ Unterschrift _____ KFZ-Kennzeichen _____

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2007

MPI **MEDICOPLAST** International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2016-09-20
Sterilisations-Charge:	15453
Kunde:	MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein:	16-EB4380
Ihre Bestellung:	16-EB4381, 16-EB4382, 16-EB4399, 16-EB4400
Unser Ausgangslieferschein:	232459 vom 2016-09-23
Sterilisationsleistung:	9900031 Sterilisation Pal. MP01 1d NK
Anzahl:	5 Pal.

	Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:	(April - Oktober nicht erforderlich)	
Vorkonditionierung		
Verweilzeit:	mind. 16 h	**23 h**
Konditionen:	35-45°C 50-80% rel.Feuchte	**35-45°C 50-80% rel.Feuchte**
Sterilisation		
Zyklus: **MP1**		
Temperatur:	40 ±3 °C	**38 °C**
Vorvakuum:	120 ±10 mbar abs	**130 mbar abs**
Feuchte:	50-80% rel.Feuchte	**61% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:	3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):	1.000±50 mg/l	**1.000 mg/l**
Anzahl Spülungen:	mind. 3	**4**
Desorption		
Dauer:	mind. 1 Tage	**2 Tage**
Kondition:	35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) zeigte kein Wachstum.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: _____ Datum: 23.3.16