MPI MEDICOPLAST International GmbH

Entwicklung und Produktion medizinischer Einmalprodukte • Ethylenoxid-Sterilisation • Sterilverpackungen
Development and Production of Medical Devices • Ethylene Oxide Sterilization • Individual Packaging Solutions

Lieferschein

Medicoplast International GmbH . Heusweilerstr. 100 . D-66557 Illingen

MT.DERM GmbH
Blohmstr. 31-67
12307 Berlin

Nummer .....: **237578**
Auftrag .....: 493237 (11678)
Kunde .....: MT.Derm GmbH
Sachbearbeiter ....: Hardy Steuer
Telefon .....: 06825 9424-36
Telefax .....: 06825 9424-47
eMail .....: hardy.steuer @medicoplast.de
Ihre Fax-Nr. .....: 030 - 84588555
Datum .....: 18/10-17
Lieferform .....: durch Abholung
Seite .....: 1

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestellt	Geliefert	Rückstand	Anz.Pakete
Ihr Lieferschein 17-EB4145,17-EB4171,					
Ihr Auftrag 17-EB4186,17-EB4264,17-EB4300,17-EB4302, (493237)					
9900031	Sterilisation Pal. MP01 1d NK 17-EB4308,17-EB4318,17-EB4319,17-EB4331	10	**10 Pal.**		
	Lot-Nr. : 16223 15.10.2017				

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!www.medicoplast.de

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum _____ Unterschrift _____ KFZ-Kennzeichen _____

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2014

MPI **MEDICOPLAST** International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2017-10-15
Sterilisations-Charge:	16223
Kunde:	MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein: Ihre Bestellung:	17-EB4145,17-EB4171, 17-EB4186,17-EB4264,17-EB4300,17-EB4302, 17-EB4308,17-EB4318,17-EB4319,17-EB4331
Unser Ausgangslieferschein:	237578 vom 2017-10-18
Sterilisationsleistung:	9900031 Sterilisation Pal. MP01 1d NK Pr.70
Anzahl:	10 Pal.

	Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:	(April - Oktober nicht erforderlich)	
Vorkonditionierung		
Verweilzeit:	mind. 16 h	**51 h**
Konditionen:	35-45°C 50-80% rel.Feuchte	**35-45°C 50-80% rel.Feuchte**
Sterilisation		
Zyklus: **MP1**		
Temperatur:	40 ±3 °C	**40 °C**
Vorvakuum:	120 ±10 mbar abs	**120 mbar abs**
Feuchte:	50-80% rel.Feuchte	**74% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:	3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):	1.000±50 mg/l	**1.000 mg/l**
Anzahl Spülungen:	mind. 3	**3**
Desorption		
Dauer:	mind. 1 Tage	**2 Tage**
Kondition:	35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) zeigte kein Wachstum.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: C. Holt Datum: 18.10.17