MPI MEDICOPLAST International GmbH

Entwicklung und Produktion medizinischer Einmalprodukte • Ethylenoxid-Sterilisation • Sterilverpackungen
Development and Production of Medical Devices • Ethylene Oxide Sterilization • Individual Packaging Solutions

Lieferschein

Medicoplast International GmbH . Heusweilerstr. 100 . D-66557 Illingen

MT.DERM GmbH
Blohmstr. 31-67
12307 Berlin

Nummer .....: **237942**
Auftrag .....: 493866 (11678)
Kunde .....: MT.Derm GmbH
Sachbearbeiter ....: Hardy Steuer
Telefon .....: 06825 9424-36
Telefax .....: 06825 9424-47
eMail .....: hardy.steuer @medicoplast.de
Ihre Fax-Nr. .....: 030 - 84588555
Datum .....: 16/11-17
Lieferform .....: durch Abholung
Seite .....: 1

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestellt	Geliefert	Rückstand	Anz.Pakete
Ihr Lieferschein 17-EB4671,17-EB4692,					
Ihr Auftrag 17-EB4695,17-EB4697,17-EB4735, (493866)					
9900031	Sterilisation Pal. MP01 1d NK 17-EB4736,17-EB4741,17-EB4746	8	**8 Pal.**		
	Lot-Nr. : 16289 13.11.2017				

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!www.medicoplast.de

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum _____ Unterschrift _____ KFZ-Kennzeichen _____

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2014

MPI **MEDICOPLAST** International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2017-11-13
Sterilisations-Charge:	16289
Kunde:	MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein: Ihre Bestellung:	17-EB4671,17-EB4692, 17-EB4695,17-EB4697,17-EB4735, 17-EB4736,17-EB4741,17-EB4746
Unser Ausgangslieferschein:	237942 vom 2017-11-16
Sterilisationsleistung:	9900031 Sterilisation Pal. MP01 1d NK Pr.70
Anzahl:	8 Pal.

		Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:		mind. 12 h	**77 h**
Vorkonditionierung			
Verweilzeit:		mind. 16 h	**32 h**
Konditionen:		35-45°C 50-80% rel.Feuchte	**35-45°C 50-80% rel.Feuchte**
Sterilisation			
Zyklus:	**MP1**		
Temperatur:		40 ±3 °C	**39 °C**
Vorvakuum:		120 ±10 mbar abs	**120 mbar abs**
Feuchte:		50-80% rel.Feuchte	**74% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:		3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):		1.000±50 mg/l	**1.000 mg/l**
Anzahl Spülungen:		mind. 3	**3**
Desorption			
Dauer:		mind. 1 Tage	**2 Tage**
Kondition:		35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) zeigte kein Wachstum.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: Cldt Datum: 16.11.17