MPI MEDICOPLAST International GmbH

Entwicklung und Produktion medizinischer Einmalprodukte • Ethylenoxid-Sterilisation • Sterilverpackungen
Development and Production of Medical Devices • Ethylene Oxide Sterilization • Individual Packaging Solutions

Lieferschein

Medicoplast International GmbH . Heusweilerstr. 100 . D-66557 Illingen

MT.DERM GmbH
Blohmstr. 31-67
12307 Berlin

Nummer .....: **238705**
Auftrag .....: 495051 (11678)
Kunde .....: MT.Derm GmbH
Sachbearbeiter ....: Hardy Steuer
Telefon .....: 06825 9424-36
Telefax .....: 06825 9424-47
eMail .....: hardy.steuer @medicoplast.de
Ihre Fax-Nr. .....: 030 - 84588555
Datum .....: 18.01.18
Lieferform .....: durch Abholung
Seite .....: 1

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestellt	Geliefert	Rückstand	Anz.Pakete
Ihr Lieferschein 18-EB0042,18-EB0110,					
Ihr Auftrag 18-EB0112,18-EB0113,18-EB0115,18-EB0116 (495051)					
9900031	Sterilisation Pal. MP01 1d NK Lot-Nr. : 16414 15.01.2018	6	**6 Pal.**		

Kundenpalette(n): Bitte nicht tauschen !

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!www.medicoplast.de

Herzlichen Dank für die angenehme Zusammenarbeit und
das entgegengebrachte Vertrauen!
Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Glück und viel Erfolg im neuen Jahr 2018!

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum _____ Unterschrift _____ KFZ-Kennzeichen _____

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2014

MPI

MEDICOPLAST
International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2018-01-15
Sterilisations-Charge:	16414
Kunde:	MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein:	18-EB0042,18-EB0110,
Ihre Bestellung:	18-EB0112,18-EB0113,18-EB0115,18-EB0116
Unser Ausgangslieferschein:	238705 vom 2018-01-18
Sterilisationsleistung:	9900031 Sterilisation Pal. MP01 1d NK Pr.70
Anzahl:	6 Pal.

		Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:		mind. 12 h	**71 h**
Vorkonditionierung			
Verweilzeit:		mind. 16 h	**30 h**
Konditionen:		35-45°C 50-80% rel.Feuchte	**35-45°C 50-80% rel.Feuchte**
Sterilisation			
Zyklus:	**MP1**		
Temperatur:		40 ±3 °C	**38 °C**
Vorvakuum:		120 ±10 mbar abs	**130 mbar abs**
Feuchte:		50-80% rel.Feuchte	**69% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:		3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):		1.000±50 mg/l	**1.000 mg/l**
Anzahl Spülungen:		mind. 3	**3**
Desorption			
Dauer:		mind. 1 Tage	**2 Tage**
Kondition:		35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) zeigte kein Wachstum.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: _____ Datum: 18/1/18