MPI MEDICOPLAST International GmbH

Entwicklung und Produktion medizinischer Einmalprodukte • Ethylenoxid-Sterilisation • Sterilverpackungen
Development and Production of Medical Devices • Ethylene Oxide Sterilization • Individual Packaging Solutions

Lieferschein

Medicoplast International GmbH . Heusweilerstr. 100 . D-66557 Illingen

MT.DERM GmbH
Blohmstr. 31-67
12307 Berlin

Nummer .....: **238900**
Auftrag .....: 495387 (11678)
Kunde .....: MT.Derm GmbH
Sachbearbeiter ....: Thomas Frey
Telefon .....: 06825 9424-0
Telefax .....: 06825 9424-47

Ihre Fax-Nr. .....: 030 - 84588555
Datum .....: 01.02.18
Lieferform .....: durch Abholung
Seite .....: 1

Artikelnr.	Bezeichnung	Bestellt	Geliefert	Rückstand	Anz.Pakete
Ihr Lieferschein 18-EB0282/18-EB0259					
Ihr Auftrag 18-EB0260/18-Eb0274/18-EB0278/18-EB0355 (495387)					
9900031	Sterilisation Pal. MP01 1d NK	8	**8 Pal.**		
	18-EB0361, 18-EB0404, 18-EB0405, 18-EB0406, 18-EB0407				
	Lot-Nr. : 16454 30.01.2018				
9900031	Sterilisation Pal. MP01 1d NK	3	**3 Pal.**		
	Lot-Nr. : 16451 29.01.2018				

Kundenpalette(n): Bitte nicht tauschen !

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!www.medicoplast.de

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum | Unterschrift | KFZ-Kennzeichen

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2014

MPI

MEDICOPLAST
International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2018-01-29
Sterilisations-Charge:	16451
Kunde:	MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein:	18-EB0282/18-EB0259
Ihre Bestellung:	18-EB0260/18-Eb0274/18-EB0278/18-EB0355
Unser Ausgangslieferschein:	238900 vom 2018-02-01
Sterilisationsleistung:	9900031 Sterilisation Pal. MP01 1d NK Pr.70
Anzahl:	3 Pal.

		Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:		mind. 12 h	**82 h**
Vorkonditionierung			
Verweilzeit:		mind. 16 h	**21 h**
Konditionen:		35-45°C 50-80% rel.Feuchte	**35-45°C 50-80% rel.Feuchte**
Sterilisation			
Zyklus:	**MP1**		
Temperatur:		40 ±3 °C	**39 °C**
Vorvakuum:		120 ±10 mbar abs	**130 mbar abs**
Feuchte:		50-80% rel.Feuchte	**70% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:		3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):		1.000±50 mg/l	**1.000 mg/l**
Anzahl Spülungen:		mind. 3	**3**
Desorption			
Dauer:		mind. 1 Tage	**2 Tage**
Kondition:		35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) zeigte kein Wachstum.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: _____ Datum: 2.2.18

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2014

MPI

MEDICOPLAST
International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2018-01-30
Sterilisations-Charge:	16454
Kunde:	MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein:	18-EB0282/18-EB0259
Ihre Bestellung:	18-EB0260/18-Eb0274/18-EB0278/18-EB0355 18-EB0361, 18-EB0404, 18-EB0405, 18-EB0406, 18-EB0407
Unser Ausgangslieferschein:	238900 vom 2018-02-01
Sterilisationsleistung:	9900031 Sterilisation Pal. MP01 1d NK Pr.70
Anzahl:	8 Pal.

		Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:		mind. 12 h	**100 h**
Vorkonditionierung			
Verweilzeit:		mind. 16 h	**28 h**
Konditionen:		35-45°C 50-80% rel.Feuchte	**35-45°C 50-80% rel.Feuchte**
Sterilisation			
Zyklus:	**MP1**		
Temperatur:		40 ±3 °C	**39 °C**
Vorvakuum:		120 ±10 mbar abs	**130 mbar abs**
Feuchte:		50-80% rel.Feuchte	**72% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:		3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):		1.000±50 mg/l	**1.000 mg/l**
Anzahl Spülungen:		mind. 3	**3**
Desorption			
Dauer:		mind. 1 Tage	**1 Tage**
Kondition:		35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) zeigte kein Wachstum.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: _____ Datum: 21.2.18