Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485:2012 / EN ISO 11135-1:2014

MPI **MEDICOPLAST** International GmbH

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	2018-12-11
Sterilisations-Charge:	17169
Kunde:	MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein:	18-EB5097,18-EB5104,
Ihre Bestellung:	18-EB5107,18-EB5114,18-EB5121,18-EB5141,18-EB5150, 18-EB5153,18-EB5155,18-EB5156
Unser Ausgangslieferschein:	243313 vom 2018-12-13
Sterilisationsleistung:	9900031 Sterilisation Pal. MP01 1d NK Pr.70
Anzahl:	10 Pal.

	Sollwert	Istwert
Hallenstandzeit:	mind. 12 h	**99 h**
Vorkonditionierung		
Verweilzeit:	mind. 16 h	**29 h**
Konditionen:	35-45°C 50-80% rel.Feuchte	**35-45°C 50-80% rel.Feuchte**
Sterilisation		
Zyklus: **MP1**		
Temperatur:	40 ±3 °C	**39 °C**
Vorvakuum:	120 ±10 mbar abs	**123 mbar abs**
Feuchte:	50-80% rel.Feuchte	**64,4% rel.Feuchte**
Kontaktzeit:	3 h	**3 h**
EO-Menge (kalkuliert):	1.000±50 mg/l	**1.000 mg/l**
Anzahl Spülungen:	mind. 3	**3**
Desorption		
Dauer:	mind. 1 Tage	**1 Tage**
Kondition:	35-45 °C	**35-45 °C**

Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen.

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3M Attest) zeigte kein Wachstum.
Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift QS: _____ Datum: 14.12.18

Freigegeben
OK 14.12.18 GEPRÜFT
Gosciniec